

TEST ANTIGÉNIQUE RAPIDE SARS COV 2 (AUTO-TEST)

Référence : 160338



Spécifications Techniques

Description produit
Auto test antigène
Composition du kit
1 écouvillon stérile + 1 tube d'extraction + 1 carte de test + 1 mode d'emploi + 1 sachet pour les déchets
Certificat
CE
CE-Class
Classe B
Certification
ISO 13485
Directives
Directive IVD 98/79/EC
Stockage
Conserver au sec, à température ambiante, sans lumière directe du soleil
Elimination du produit
Peut être jeté dans les ordures ménagères
Elimination de l'emballage
Peut être recyclé ou incinéré

Stockage et Précautions d'Emploi

- Conservez le kit de test entre 4 et 30 °C pendant une période maximale de 24 mois.
- Utilisez la carte de test dans l'heure une fois la pochette en aluminium ouverte.
- Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation. Un QR code présent sur l'emballage du test permet d'accéder à une vidéo de démonstration. Si besoin, de nombreux tutos sont disponibles sur internet.
- IMPORTANT : Un résultat faussement négatif peut se produire si le niveau d'antigène dans l'échantillon est inférieur à la limite de détection de l'essai ou si l'échantillon a été prélevé de manière incorrecte.
- La conduite à tenir à la lecture du résultat (positif ou négatif) dépend des directives gouvernementales en cours. Informations disponibles sur le site du ministère de la santé : solidarite sante.gouv



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

TEST ANTIGÉNIQUE RAPIDE SARS COV 2 (AUTO-TEST)

Référence : 160338

- Tenir hors de portée des enfants
- Toute utilisation de ce test par des personnes de moins de 18 ans, doit être supervisée par un adulte.
- La solution d'extraction est un tampon phosphate contenant une faible concentration de chlorure de sodium , de bromure de cétyltriméthyl ammonium et d'azoture de sodium. Si la solution d'extraction éclabousse votre corps ou dans les yeux, veuillez laver à l'eau.
- Contre indication: Sensibilité excessive des parois nasales

Auto-test Antigénique Rapide SARS CoV 2 par prélèvement nasal

Test à flux latéral pour la détection qualitative de l'antigène de la protéine de la nucléocapside du SRAS-CoV-2 (Coronavirus, ou "Covid-19") à partir d'un prélèvement nasal antérieur direct.

Ce test est destiné à faciliter le diagnostic rapide des infections à Coronavirus et peut être utilisé pour dépister à la fois les personnes symptomatiques et asymptomatiques, et celles provenant de zones à faible prévalence d'infection.

Ce test est adapté à l'autodiagnostic à domicile ou sur le lieu de travail, sans l'intervention de professionnels de santé. Les résultats sont obtenus en 10 à 15 minutes.

Agréé en France par le Ministère de la Santé, l'ANSM et la HAS.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502