

### LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

## ETHYLOTEST ÉLECTRONIQUE PX PILOT 1 Référence : 16031

Précis, Rapide, Haute sélectivité, Contrôleur de souffle , Prise de mesure active



Norme NF EN 16280, Précis, Rapide, Haute sélectivité, Contrôleur de souffle, Prise de mesure active

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- -Mode de mesure Analyse d'un souffle direct
- -Capteur Electro chimique combiné à un contrôleur de souffle
- -Plage de mesure 0.00 to 0.50mg/L. d'air expiré puis message d'alerte « OL »
- -Précision ±0.04 mg/L à la valeur de 0.20mg/L d'air expiré, puis ±20%
- -Résolution 0,01 mg/L d'air expiré sur la plage 0,05 à 0,49 mg/L d'air expiré
- -Mémoire NA
- -Temps de réponse
- -9 secondes de préchauffage
- -5 à 10 secondes de mesure
- -10 secondes de purge du capteur (remise à zéro)
- -Type d'affichage Ecran digital à Led
- -Dimensions 100 x 43 x 15 mm
- -Poids 66 a
- -Température d'utilisation +10°C à +40°C
- -Température de stockage 0°C à +50°C
- -Humidité relative de 10% à 95%
- -Alimentation Pile 2 LR3 (AAA)
- -Durée de vie de 1500 mesures

#### **ACCESOIRES**

Etui souple comprenant 1 appareil, 2 piles AAA dans l'éthylotest, 5 Embouts individuels avec clapets anti-retour, 1 notice d'utilisation, 1 embout rétractable personnel Conformités NF en 16280, CE, RoHS, REACH Garantie 2 ans



### LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

# ETHYLOTEST ÉLECTRONIQUE PX PILOT 1 Référence : 16031

Calibrage 8 mois ou 500 mesures

Embouts référence 16032-16